

Ein starkes Team für die Sauganlage

Täglich Orotol® plus



Mit dem Flüssigkonzentrat Orotol® plus haben Sie die ideale Lösung für die gleichzeitige Desinfektion, Desodorierung, Reinigung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider. Die Anwendung erfolgt nach Behandlungsende, bei höherer Belastung 2 x täglich (mittags und abends).

1. Zur Vorreinigung: 2 Ltr. Wasser absaugen
2. Ansetzen der Lösung im Pflegesystem.*
Für eine Behandlungseinheit: 20 ml (1 Dosierkappe)
mit kaltem Wasser auf 1 Ltr. auffüllen und Lösung mischen
(bei 2 Behandlungseinheiten doppelte Menge)
3. Saugschläuche auf Pflegesystem aufstecken und Lösung absaugen
4. 1 Ltr. neu ansetzen und auf max. vier Mundspülbecken verteilen
5. Mind. 1 Stunde oder über Nacht einwirken lassen
6. Nach der Einwirkzeit/am nächsten Morgen 2 Ltr. Wasser absaugen

Wöchentlich MD 555 cleaner

MD 555 cleaner ist Ihr Spezialreiniger für Sauganlagen und Amalgamabscheider. Er verfügt über starke Reinigungskraft gegen Ablagerungen, Verkrustungen und Verschlämmungen. Die Anwendung erfolgt 1 bis 2 x wöchentlich (z.B. Dienstag und Donnerstag), bei höherer Belastung täglich vor der Mittagspause.

1. Zur Vorreinigung: 2 Ltr. Wasser absaugen
2. Ansetzen der Lösung im Pflegesystem.*
Für eine Behandlungseinheit: 50 ml (2,5 Dosierkappen)
mit kaltem Wasser auf 1 Ltr. auffüllen und Lösung mischen
(bei 2 Behandlungseinheiten doppelte Menge)
3. Saugschläuche auf Pflegesystem aufstecken und Lösung absaugen
4. 1 Ltr. neu ansetzen und auf max. vier Mundspülbecken verteilen
5. Mind. 0,5 bis 2 Stunden (Mittagspause) einwirken lassen
6. Nach der Einwirkzeit 2 Ltr. Wasser absaugen

* Verwendung eines Pflegesystems mit Saugschlauchadaptoren zum Absaugen eines Luft-Lösungs-Gemischs. Das Absaugen ohne entsprechende Adapter aus einem Becher o.ä. Gefäß ist zur Desinfektion und Reinigung ungeeignet. Wir empfehlen den Einsatz des OroCup.

A strong team for the suction unit

Daily Orotol® plus



Weekly MD 555 cleaner

With fluid-concentrate Orotol® plus, you have the ideal solution for simultaneous disinfection, deodorisation, cleaning and maintenance of all suction systems and amalgam separators. Application is done after treatments are complete, at high force 2 x daily (noon and evening).

1. For preliminary treatment: Draw off 2 litres of water
2. Apply the solution in the care system.*
For a treatment unit: Pour in 20 ml (1 dosing cap), fill to 1 litre with cold water and mix thoroughly (double the quantities for 2 treatment units)
3. Attach suction hoses to the care system and suck up solution
4. Apply another 1 litre and distribute to max. four spittoons
5. Allow to react for at least 1 hour or overnight
6. After the reaction time/next morning, suck up 2 litres of water

MD 555 cleaner is your special cleaner for suction units and amalgam separators. It has powerful cleaning forces against deposits, scaling and siltation. It is applied 1 to 2 x weekly (e.g. Tuesday and Thursday), with higher build-up, daily before noon-break.

1. For preliminary treatment: Draw off 2 litres of water
2. Apply the solution in the care system.*
For a treatment unit: Pour in 50 ml (2.5 dosing caps), fill to 1 litre with cold water and mix thoroughly (double the quantities for 2 treatment units)
3. Attach suction hoses to the care system and suck up solution
4. Apply another 1 litre and distribute to max. four spittoons
5. Allow to react for at least 0.5 to 2 hours (noon-break)
6. After the reaction time, suck up 2 litres of water

* Using a care system with suction hose adaptors to suck an air-solution mixture. Sucking without the respective adapter from the bowl or other container is not suitable for disinfection and cleaning. We recommend using the OroCup.